

Určeno všem dodavatelům a uchazečům, kteří byli vyzváni nebo si vyzvedli zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky

1.1. Název veřejné zakázky	Dodávka laboratorních přístrojů pro Centrum odborné přípravy – rok 2022
1.2. Identifikační údaje o zadavateli	Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice náměstí Republiky 116 530 02 Pardubice IČ: 48161161
1.3. Druh veřejné zakázky	Dodávky
1.4. Forma zadávacího řízení	Veřejná zakázka malého rozsahu
1.5. Limit veřejné zakázky	Veřejná zakázka malého rozsahu

Na základě žádostí zájemců o veřejnou zakázku nebo i bez předchozí žádosti poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Tyto dodatečné informace poskytuje zadavatel všem uchazečům a dodavatelům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta nebo kteří o poskytnutí zadávací dokumentace požádali.

Dotaz č. 1 - Laboratorní termostat

Ze specifikace není zřejmé, zda se jedná o vnitřní nebo vnější rozměry termostatu. Jsou uvedené hodnoty nepřekročitelné?

Pro dosažení uvedené pracovní teploty by bylo vhodné chlazení. Mají být termostaty vybavené aktivním chlazením?

Odpověď: Uvedené rozměry laboratorního termostatu jsou uvedeny jako **maximální vnější rozměry**. Termostaty nemusejí být vybaveny aktivním chlazením.

Dotaz č. 2 - Vypírač lepku

Má mít vypírač lepku export výsledků na USB disk?

Má vypírač lepku komunikovat s analytickými váhami?

Má vypírač zobrazovat výsledek analýzy?

Má mít vypírač lepku ovládání pomocí dotykové obrazovky?

Ve specifikacích je zmíněno splnění normy ICC, ale nikoliv konkrétní označení normy. Stačí splnění normy ICC 137/1, 155 a 158?

Odpověď: Zadavatel požaduje **splnění normy ICC 137/1**. Vypírač lepku nemusí mít export výsledků na USB disk, nemusí komunikovat s analytickými vahami, nemusí zobrazovat výsledek analýzy, nemusí mít ovládání pomocí dotykové obrazovky.

V Pardubicích dne 28. 4. 2022