

**Upřesnění ke specifikaci položkového rozpočtu v zadávací dokumentaci  
veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka laboratorních přístrojů pro SPŠPaS  
Pardubice – rok 2026“**

**Upřesnění zadání parametrů položky POLARIMETR**

1) Požadavek na materiál z nerezové oceli se vztahuje k vnější konstrukční části polarimetrické trubice.

2) Zadavatel akceptuje i řešení, kdy jsou polarimetrické trubice vyrobeny kombinací materiálů, přičemž vnější konstrukční části jsou z nerezové oceli a části přicházející do styku se vzorkem jsou z chemicky inertního a odolného materiálu.

V Pardubicích dne 11. 5. 2026

Mgr. Zdeněk Zitko, ředitel